

Katowice, dnia 12 czerwca 2017 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówieniaPrzedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych - wzorców dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Znak sprawy: ZP/05/PN/BL/2017.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, w odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Dotyczy części III poz. 2. Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do SIWZ.

W punkcie 13.5. części I dokumentu SIWZ Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania wynikające z normy PN EN ISO/IEC 17025:2005, jednocześnie wskazuje w części III specyfikacji techniczno-cenowej przedmiot zamówienia o nr kat. AAHG1-1, który nie spełnia wymagań wynikających z powyższej normy. Czy Zamawiający miał na myśli roztwór wzorcowy Inorganic Ventures o nr kat. AAHG1-1, który nie spełnia wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005, czy też roztwór wzorcowy Inorganic Ventures o nr kat. CGHG1-1 (o stężeniu 1 000 µg/mL Hg w 5% HNO₃), który spełnia wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2005.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował specyfikację techniczno – cenową, stanowiącą zał. nr 1.1 do SIWZ w zakresie pozycji 2, część III. Modyfikacja została opublikowana w dniu 12.06.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączanie do oferty przykładowych certyfikatów jakości w języku angielskim? Informacje zawarte na nich to głównie dane czytelne i jednoznaczne bez względu na język, w którym został przygotowany dokument np. zawartości poszczególnych pierwiastków, dla których podane są jednocześnie symbole chemiczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów jakości oferowanych wzorców w języku angielskim. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie, do każdej dostawy danego wzorca, certyfikat jakościowy w języku polskim lub angielskim. Zamawiający zmodyfikował specyfikację istotnych warunków zamówienia w pkt. 13.10.2. Modyfikacja została opublikowana w dniu 12.06.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR IETU

dr hab. inż. Jan Skowronek